

	<b>NOMBRE</b> <b>POLÍTICA DE REUSO</b>		<b>CÓDIGO</b> <b>01-OD-007</b>
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b> <b>OTROS DOCUMENTOS</b>	<b>PROCESO</b> <b>ESTRATÉGICO</b>	<b>VERSIÓN</b> 003

**Fecha de creación:** 20 de junio del 2011

**Fecha de última actualización:** 10 de mayo del 2021

**Razón social:** Sociedad Comercializadora de Insumos y Servicios Médicos S.A.S 'SOCIMÉDICOS S.A.S'

**NIT:** 900342064 – 3

**Dirección:**

- **Clínica San Rafael sede Megacentro /** Calle 12 N° 18-50, sector Pinares
- **Clínica San Rafael sede Megacentro PH /** Calle 12 N° 18-50 Torre 2 piso 13, sector Pinares
- **Clínica San Rafael sede Cuba /** Cra 25 N° 74 A-87 Barrio Rafael Uribe II, sector Cuba
- **Clínica San Rafael sede Icono /** Avenida Juan B. Gutiérrez N° 17-55 ICONO (consultorios 306, 403, 507), sector Pinares
- **Clínica San Rafael sede Oval Médica /** Avenida Juan B. Gutiérrez N° 18-60 OVAL MÉDICA (consultorios 703, 901, 902, 903, 904, 905), sector pinares
- **Clínica San Rafael sede Alamos /** Calle 11 N° 24-30, sector Alamos
- **Clínica San Rafael sede Armenia /** Calle 17 Norte 11-70 Piso 1, Armenia - Quindío
- **Clínica San Rafael sede Armenia /** Cra 12 Norte N° 1A Norte 20 piso 3, Armenia - Quindío
- **Clínica San Rafael sede Manizales /** Cra 21 N° 64ª-33 Edificio Multiplaza (consultorios 306-312), Manizales - Caldas

#### **POLÍTICA DE REÚSO**

- Se reúsan aquellos dispositivos cuyo estado de integridad no genere complicaciones y no ponga en riesgo la seguridad del paciente, esto apoyado en el criterio técnico científico de quien utiliza el insumo.
- Se reúsan dispositivos que de acuerdo con sus especificaciones técnicas (estructura física) permiten una adecuada limpieza, desinfección y esterilización.
- Todo dispositivo que va a ser reusado debe ingresar y salir por la Central de Esterilización.
- Un dispositivo médico no puede ser reusado más del número de veces indicado por el fabricante, deterioro de la integridad o en casos donde el dispositivo medico sea utilizado en pacientes con Tuberculosis, Hepatitis y VIH confirmado.
- Dispositivos médicos desechables que, en el proceso de atención, sean extraídos de su empaque original y no se usen, tampoco serán re-esterilizados; así mismo los dispositivos médicos que se consideren contaminados por caída o contaminación accidental no serán objeto de reúso.

  


---

 Carolina Pérez Bolaños  
**Representante legal**  
 SOCIMÉDICOS S.A.S